

# 宿迁安颐老年病医院（泗洪县社会福利院养老护理院）项目

## 竣工环境保护验收意见

2021年9月29日，宿迁安颐老年病医院召开了《宿迁安颐老年病医院（泗洪县社会福利院养老护理院）项目》竣工环境保护验收评审会。参加此次验收的有验收监测单位（南京爱迪信环境技术有限公司）及专家组成（名单附后）。验收工作组听取了建设单位对项目建设内容介绍，并现场勘察该项目环保设施的建设与运行情况。听取项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，审阅并核实了有关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、项目环评报告及环评批复要求。经认真讨论，形成验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

（1）项目名称：宿迁安颐老年病医院（泗洪安颐医院）；

（2）建设单位：泗洪县安颐医院有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：泗洪县山河东路与子敬路交汇处；

（5）占地面积：7365m<sup>2</sup>；

（6）总投资及环保投资：总投资8400万元，环保投资130万元；

（7）建设规模：租赁门诊楼、病房等用房5栋，总建筑面积26650平方米，设置急诊、门诊、住院部，其中门诊设立内科（呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科等）、外科（普外、神经外科、骨科等）、五官科、皮肤科、医疗美容科、检验科、中医科等科室；住院部设置床位308张。

#### 4) 工程组成及建设内容

项目于2021年3月开工建设，2021年6月投入试生产。项目主体工程、工艺、辅助工程及环保工程见表1，医院主要科室设置情况见表2，主要设备清单见表3，主要原辅材料消耗见表4。

表 1 主体工程及公辅工程表

类别	建设名称	环评要求建设内容及规模	实际建设情况	变更情况及原因	备注
主体工程	1号楼	4层, 门诊、急诊、病房	4层, 门诊、急诊、病房	与环评一致	租赁现有建筑, 已建
	2号楼	4层, 门诊、病房	4层, 门诊、病房	与环评一致	租赁现有建筑, 已建
	3号楼	4层, 体检中心	4层, 体检中心	与环评一致	租赁现有建筑, 已建
	4号楼	3层, 办公综合楼	3层, 办公综合楼	与环评一致	租赁现有建筑, 已建
	5号楼	5层, 整形科、中医康复病区、员工宿舍	5层, 整形科、中医康复病区、员工宿舍	与环评一致	租赁现有建筑, 已建
公用工程	给水	区域市政供水管网提供, 用水量为 68124.33t/a	区域市政供水管网提供, 用水量为 68124.33t/a	与环评一致	市政管网
	排水	采用雨污分流排水体制, 所有废水经化粪池预处理后进入污水处理站处理, 处理达标后接管泗洪城北污水处理厂进行处理	采用雨污分流排水体制, 所有废水经化粪池预处理后进入污水处理站处理, 处理达标后接管泗洪城北污水处理厂进行处理	与环评一致	—
	供电	219.6 万 kWh/a	219.6 万 kWh/a	与环评一致	市政电网
	制冷	行政办公楼挂室空调, 门诊部、其余科室、病房均使用中央空调, 空调机房位于 1 号楼楼顶	行政办公楼挂室空调, 门诊部、其余科室、病房均使用中央空调, 空调机房位于 1 号楼楼顶	与环评一致	—
	制热	医院未设置锅炉, 热水由电、太阳能加热供应	医院未设置锅炉, 热水由电、太阳能加热供应	与环评一致	—
环保工程	废水	污水处理站位于 1 号楼南侧, 采用地埋式, 处理规模为 300m <sup>3</sup> /d, 处理工艺为“厌氧水解酸化+生物接触氧化法+二氧化氯消毒”	污水处理站位于 1 号楼南侧, 采用地埋式, 处理规模为 300m <sup>3</sup> /d, 处理工艺为“厌氧水解酸化+生物接触氧化法+二氧化氯消毒”	与环评一致	新建
	废气	污水处理站采用密闭形式, 臭气收集后采用活性炭吸附罐进行除臭处理	污水处理站采用密闭形式, 臭气收集后采用活性炭吸附罐进行除臭处理	与环评一致	新建
	噪声	厂区噪声, 设备基础减振、厂房隔声, 降噪约 15dB (A)	设备基础减振、厂房隔声, 降噪约 15dB (A)	与环评一致	新建
	固废	生活垃圾, 设置垃圾桶, 生活垃圾由垃圾桶收集后 交由环卫部门	设置垃圾桶, 生活垃圾由垃圾桶收集后 交由	与环评一致	—

		清运处置	环卫部门清运处置		
	危险 固体 废物	建筑面积为 50m <sup>2</sup>	建筑面积为 50m <sup>2</sup>	与环评一致	新建

**表 2 医院主要科室设置情况表**

序号	建筑物	楼层	科室设置
1	1 号楼	1 层	门诊办公室、内科门诊、外科门诊、中西药房、急诊科、输液大厅
		2 层	五官科、中医科、内镜室、二病区
		3 层	三病区、手术室
		4 层	负压病房
2	2 号楼	1 层	彩超室、检验科、影像科、信息机房
		2 层	妇科、康复科、一病区
		3 层	四病区
		4 层	ICU、五病区
3	3 号楼	1 层	职业病从业人员检查区
		2 层	普检区
		3 层	VIP 检查区
		4 层	职工就餐区
4	4 号楼	1 层	社区卫生服务指导中心、介入办公室、病案室、医保科
		2 层	财务科、护理部、医务科、会议室、信息科
		3 层	院长室、宣传科、综合办公室
5	5 号楼	1 层	中医、康复病区
		2 层	暂未规划用途
		3 层	整形科
		4 层	无
		5 层	倒班宿舍

**表 3 设备清单表**

序号	科室	设备名称	规格型号	环评时 数量	实际建成 数量
1	胃镜室	博纯超纯水机	BX-QX-300L	1	1
2	胃镜室	华系内镜清洗工作站	HX/ESS-700	2	2
3	胃镜室	病人监护仪	iM50	1	1
4	胃镜室	电动吸引器	7A-23D	1	1
5	胃镜室	简易呼吸器	PVC 型	1	1
6	碎石中心	体外冲击波碎石	HD.ESWL-109	1	1
7	门诊大厅	双屏智能身高体重测量仪	SH-201	1	1

8	门诊输液室	负压吸引表	YF-X	2	2
9	门诊输液室	压缩式雾化器	WHC	1	1
10	门诊输液室	等离子空气消毒机	KJ650G-A88	1	1
11	门诊手术室	手术辅助照明灯	LL734	1	1
12	门诊妇产科	反光灯	QSFGD-1	2	2
13	门诊妇产科	妇科检查床	/	2	2
14	门诊妇产科	电动流产吸引器	7C	1	1
15	门诊妇产科	麻醉机	Aeon7200	1	1
16	门诊妇产科	病人监护仪	iM50	1	1
17	门诊中医科	特定电磁波（TDP） 治疗器	KLJ-2	9	9
18	门诊中医科	电子针疗仪（华佗牌）	SDZ-II	2	2
19	门诊中医科	中药熏蒸机（床）	HB720B	1	1
20	门诊中医科	中药熏蒸机（床）	HB720A	1	1
21	门诊中医科	中频干扰电疗仪	HB-ZP1	1	1
22	门诊中医科	微波治疗仪	WB-3100(AI)	1	1
23	门诊中医科	经皮神经电刺激仪	QL/T-III	1	1
24	双向转诊	听诊器	插入式单用	2	2
25	双向转诊	体重秤	RGZ 系列	1	1
26	双向转诊	血压计	台式	1	1
27	双向转诊	上臂式电子血压计 （鱼跃）	YE690A	1	1
28	门诊眼科	眼科裂隙灯显微镜检 查仪	SLM-1ER	2	2
29	门诊眼科	眼科 A/B 型超声诊断 仪	ODU5	1	1
30	门诊眼科	角膜内皮细胞计	SW-7000	1	1
31	门诊眼科	角膜地形图仪	SW-6000	1	1
32	门诊眼科	角膜曲率计	YZ38	1	1
33	门诊眼科	电脑验光仪	RM-9800	1	1
34	门诊眼科	自动磨边机	LE-20S	1	1
35	门诊眼科	焦度计	TL-6700	1	1
36	门诊眼科	打孔机	CP-10C	1	1
37	门诊眼科	中心仪	5D	1	1
38	门诊眼科	眼科手术显微镜	SM-2000L	1	1
39	门诊眼科	自动控制压力蒸汽灭 菌锅	CT-ZJ-A24	1	1
40	门诊眼科	电动手术台	HED-04A	1	1
41	门诊眼科	视力表灯箱	DNS-I	1	1

42	手术室	自动控制压力蒸汽灭菌锅	CT-ZJ-A24	1	1
43	护理部	高级平板电脑心肺复苏模拟人(无线版)	KAR/CPR550	1	1
44	护理部	高级组合式基础护理人员训练模型	KAP/2000	1	1
45	一区	电动吸引器	7A-23D	1	1
46	一病区	轮椅	H007	2	2
47	一病区	紫外线消毒灯车	ZXC- II 型	1	1
48	一病区	体重秤	RGZ 系列	1	1
49	一病区	电子血压计（腕式）	HEM-6231T	2	2
50	一病区	简易呼吸器	成人型/PVC 型	1	1
51	一病区	脉搏血氧仪	M70B	1	1
52	一病区	病人监护仪	X10	1	1
53	一病区	多参数监护仪	M9000	3	3
54	一病区	输液泵	KL-8052N	2	2
55	一病区	双道微量注射泵	佳士比 TM F6 (14B1T10)	4	4
56	一病区	4 通道台式肌电图诱发电位系统	Viking Quest	1	1
57	一病区	定量数字脑电图仪	Solar-2848B	1	1
58	一病区	等离子空气消毒机	KJ650G-A88	1	1
59	一病区	医用温控仪	ZLJ-2000 II	1	1
60	二病区	电子血压计（腕式）	HEM-6231T	1	1
61	二病区	双道微量注射泵	佳士比 TM F6 (14B1T100)	4	4
62	二病区	输液泵	KL-8052N	2	2
63	二病区	多道心电图机	ECG-2350	1	1
64	二病区	除监护仪	TEC-5621	1	1
65	二病区	病人监护仪	iM50	4	4
66	三病区	脉冲空气波压力治疗仪	WHH-B	1	1
67	三病区	体重秤	RGZ 系列	1	1
68	三病区	脉搏血氧仪	M70B	1	1
69	三病区	电动吸引器	7A-23D	1	1
70	三病区	双道微量注射泵	SYS-52	2	2
71	三病区	手术辅助照明灯	LL734	1	1
72	三病区	等离子空气消毒机	KJ650G-A88	1	1

73	三病区	上臂式电子血压计 (鱼跃)	YE660D	1	1
74	三病区	病人监护仪	X 0		
75	三病区	多参数监护仪	M9000	2	2
76	三病区	输液泵	KL-8052N	2	2
77	三病区	下肢关节康复器	YLC-K II	1	1
78	三病区	辅助步行训练器	G-FZX-01	2	2
79	四病区	病人监护仪	iM50	1	1
80	五病区	电动吸引器	7A-23D	1	1
81	五病区	体重秤	RGZ 系列	1	1
82	五病区	脉冲空气波压力治疗 仪	WBH-B	1	1
83	五病区	等离子空气消毒机	KJ650G-A88	1	1
84	五病区	脉搏血氧仪	M70B	1	1
85	五病区	生物安全柜	BSC-1500 II A2-X	1	1
86	急诊科	数字式多道心电图机	E70	1	1
87	五病区	病人监护仪	X10	2	2
88	五病区	便携式微量注射泵	AJ5805	5	5
89	五病区	微量注射泵	佳士比 TM C6 (21BIT100)	2	2
90	五病区	输液泵	KL-8052N	2	2
91	手术室	等离子空气消毒机	KJ650G-A88	1	1
92	手术室	体重秤	RGZ 系列	1	1
93	手术室	医疗废液收集装置	四瓶	1	1
94	手术室	医疗废液收集装置	四瓶	2	2
95	手术室	手术显微镜	S88/ PMI VARIO	1	1
96	手术室	自动气压止血带	ATS-I 双路	2	2
97	手术室	高频电刀	POWER-420M2	3	3
98	手术室	外周神经丛刺激器 (贝朗)	4892098	1	1
99	手术室	除颤监护仪	TEC-5621	1	1
100	手术室	气腹机	UHI-4	1	1
101	手术室	高频电刀	WB91051C	1	1
102	手术室	胸腹腔内窥镜	WA53005A	1	1
103	手术室	导光束(4.25mm, 3m, CF 型)	WA03310A	1	1
104	手术室	电切镜附件(工作把 手)	WA 2367A	1	1

105	手术室	宫腔电切镜附件（外管鞘 8.5mm/26Fr., 双旋阀, 可旋转）	A420121A	1	1
106	手术室	宫腔电切镜附件（内管鞘, 8mm, 用于 8.5mm/26Fr., 外管鞘, 带 ABS 防堵塞功能）	A42011A	1	1
107	手术室	内窥镜摄像系统（摄像头）	OTV-S7H-1D	1	1
108	手术室	摄像头适配器	AR-TL08E	1	1
109	手术室	膀胱镜附件（膀胱镜管鞘, 21Fr.）	A20913A	1	1
110	手术室	光学内窥镜	WA2T430A	1	1
111	手术室	膀胱镜附件（连接桥, 单管）	A20976A	1	1
112	手术室	图像处理装置	OTV-S190	1	1
113	手术室	内窥镜冷光源	CLV-S190	1	1
114	手术室	麻醉机	Aelite NXT	1	1
115	手术室	麻醉监护仪	B125	1	1
116	手术室	麻醉监护仪	B125	1	1
117	手术室	麻醉机	Aelite NXT	1	1
118	手术室	老肯牌 LK/KJF-G-150-D 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-G-150-D	4	4
119	手术室	层流净化消毒机	YCJ.X 2000	1	1
120	手术室	LED 手术无影灯	LED650	5	5
121	手术室	医用供给吊塔	YG600	5	5
122	手术室	电手术台	DT12-G	4	4
123	手术室	双道微量注射泵	佳士比 TM F6 (14B1T100)	4	4
124	手术室	Ho:YAG 激光治疗机	SRM-H2B	1	1
125	手术室	电动吸引器	YX932D	1	1
126	手术室	麻醉咽喉镜	II 型 螺纹口 有光亮 弯	2	2
127	手术室	电子视频喉镜	E.An- II LP（成人型）	1	1
128	手术室	麻醉视频喉镜	i sight iS3	1	1
129	手术室	医药柜（医用冷藏柜）	YPG-260	1	1
130	手术室	手术头架（脑科）	HDJ- II	1	1
131	手术室	软轴牵开器	-	1	1

132	手术室	骨动力系统	HD- II	1	1
133	手术室	浮标式氧气吸入器	DY-C 型	1	1
134	急诊科	荧光免疫定量分析仪	Geteln1100	1	1
135	急诊科	半自动体外除颤仪	AED-3100	1	1
136	急诊科	除颤监护仪	TEC-5621	2	2
137	急诊科	数字式多道心电图机	E70	2	2
138	急诊科	心电监护仪（呼吸末 CO2）	elite V5	1	1
139	急诊科	病人监护仪	X10	1	1
140	急诊科	多参数监护仪	M9000	5	5
141	急诊科	手术辅助照明灯	LSD-I	1	1
142	急诊科	自动洗胃机	SC-III A 型	1	1
143	急诊科	自动胸外按压心肺复 苏机	WFS-01A 便携式	1	1
144	急诊科	多道心电图机	iSE-301	1	1
145	急诊科	双道微量注射泵	SYS-52	2	2
146	急诊科	微量注射泵	佳士比 TM C6 (21BIT100)	1	1
147	急诊科	营养泵	YCWYB-5000 型	1	1
148	急诊科	输液泵	KL-8052N	2	2
149	急诊科	体重秤	RGZ 系列	1	1
150	急诊科	紫外线消毒车	SX 型	1	1
151	急诊科	等离子空气消毒机	KJ650G-A88	5	5
152	急诊科	电动吸引器	7A-23D	1	1
153	急诊科	脉冲空气波压力治疗 仪	WBH-B	1	1
154	急诊科	医用控温仪	ZLJ-2000 II	1	1
155	急诊科	呼吸机（便携式）	shangrila510	1	1
156	急诊科	呼吸机（便携式）（含 无创）	shangrila51 S	1	1
157	急诊科	呼吸机（含无创）	HAMILTON-C1	2	2
158	ICU	肠内营养泵	AMK635	1	1
159	ICU	输液泵	KL-8052N	7	7
160	ICU	多道心电图机	ECG-2350	2	2
161	ICU	心脏除颤仪（普美康）	PRIMEDIC Defi-（M110）	1	1
162	ICU	病人监护仪（呼末 CO2）	Q5	1	1
163	ICU	病人监护仪	Q6	10	10
164	介入科	X 线胶片观片灯	BD-D- II	1	1

165	介入科	听诊器	插入式单用	1	1
166	介入科	起搏系统分析仪	MSC9112	1	1
167	介入科	临时起搏器	Pace T10	2	2
168	介入科	手术照明灯（带铅玻璃）	JK-3 型	1	1
169	介入科	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-B100	2	2
170	介入科	病人监护仪	X10	1	1
171	介入科	多道电生理系统	TOP-2001C	1	1
172	介入科	射频消融治疗仪	RFG-2000B	1	1
173	介入科	电动吸引器	7A-23D	1	1
174	介入科	除颤监护仪	TEC-5621		
175	介入科	数字式多道心电图机	E65	1	1
176	影像科	放射性活度计	HD-175A	1	1
177	影像科	表面沾污仪	XH-3510	1	1
178	影像科	x,y辐射检测仪	BG2010-B 型	2	2
179	影像科	正电子发射及 X 射线计算机断层成像扫描系统（PET/CT）	uMI550	1	1
180	影像科	数字化医用 X 射线摄影系统（DR）	uDR260i	1	1
181	影像科	医用诊断 X 射线机（数字胃肠）	DRF-3 型	1	1
182	影像科	医用血管造影 X 射线机（DSA）	Trinias	1	1
183	影像科	移动式摄影 X 射线机	M40-1A 型	1	1
184	影像科	X 射线计算机体层摄影设备（CT64）	Incisive CT	1	1
185	影像科	移动式 C 型臂 X 射线机	GE OEC Fluorostar Compact D	1	1
186	影像科	医用 X 射线摄影系统（DR）	新东方 1000NC 型	1	1
187	影像科	X 射线计算机体层摄影设备（CT40）	uCT530	1	1
188	影像科	磁共振成像系统	uMR770	1	1
189	影像科	高压造影注射系统	Mark 7 Arterion	1	1
190	影像科	高压注射器		1	1
191	影像科	医用射线防护床旁防护帘 0.5mmpb	FH127	1	1

192	影像科	个人剂量报警仪	PDG-100	4	4
193	影像科	便携式辐射剂量仪	HRD-100	2	2
194	影像科	紫外线消毒灯车	YZSC-IA 型	1	1
195	影像科	浮标式氧气吸入器		1	1
180	影像科	血压计	台式	1	1
181	检验科	全自动化学发光免疫分析仪	CL-1000i	1	1
182	检验科	全自动尿液有形成分分析仪	URIT-1280	1	1
183	检验科	全自动尿液分析仪	URIT-1600	1	1
184	检验科	便携式全自动多功能检测仪	iCARE-2000	1	1
185	检验科	FYQ 型试剂卡孵育器	FYQ	1	1
186	检验科	生物显微镜	CX23LEDRFS1C	1	1
187	检验科	TD-A 型医用离心机	TD-A	1	1
188	检验科	电热恒温水温箱	HSW-600	1	1
189	检验科	电解质分析仪	DIANUO-805	1	1
190	检验科	低速台式离心机	TD24K	1	1
191	检验科	低速离心机	TDL-80-2B	1	1
192	检验科	恒温融浆机	HRJ-II	1	1
193	检验科	全自动生化分析仪	BS-430	1	1
194	检验科	全自动红细胞沉降率测定仪	LBV-XC20B	1	1
195	检验科	全自动血液细胞分析仪	BC-5100 CRP	1	1
180	检验科	全自动血培养系统	DL-Bt64	1	1
181	手术室	电子视频喉镜	E.An- II LP (成人型)	1	1
182	手术室	麻醉视频喉镜	i sight iS3	1	1
183	手术室	医药柜(医用冷藏柜)	YPG-260	1	1
184	手术室	手术头架(脑科)	HDJ- II	1	1
185	手术室	软轴牵开器	/	1	1
186	手术室	骨动力系统	HD- II	1	1
187	手术室	浮标式氧气吸入器	DY-C 型	1	1
188	急诊科	荧光免疫定量分析仪	Geteln1100	1	1
189	急诊科	半自动体外除颤仪	AED-3100	1	1
190	急诊科	除颤监护仪	TEC-5621	2	2
191	急诊科	数字式多道心电图机	E70	2	2
192	急诊科	心电监护仪(呼吸末	elite V5	1	1

		CO2)			
193	急诊科	病人监护仪	X10	1	1
194	急诊科	多参数监护仪	M9000	5	5
195	急诊科	手术辅助照明灯	LSD-I	1	1
196	急诊科	自动洗胃机	SC-III A 型	1	1
197	急诊科	自动胸外按压心肺复苏机	WFS-01A 便携式	1	1
198	急诊科	多道心电图机	iSE-301	1	1
199	急诊科	双道微量注射泵	SYS-52	2	2
200	急诊科	微量注射泵	佳士比 TM C6 (21BIT100)	1	1
201	急诊科	营养泵	YCWYB-5000 型	1	1
202	急诊科	输液泵	KL-8052N	2	2
203	急诊科	体重秤	RGZ 系列	1	1
204	急诊科	紫外线消毒车	SX 型	1	1
205	急诊科	等离子空气消毒机	KJ650G-A88	5	5
206	急诊科	电动吸引器	7A-23D	1	1
207	急诊科	脉冲空气波压力治疗仪	WBH-B	1	1
208	急诊科	医用控温仪	ZLJ-2000 II	1	1
209	急诊科	呼吸机 (便携式)	shangrila510	1	1
210	急诊科	呼吸机 (便携式) (含无创)	shangrila51 S	1	1
211	急诊科	呼吸机 (含无创)	HAMILTON-C1	2	2
212	ICU	肠内营养泵	AMK635	1	1
213	检验科	自动加样仪	SCAN-10	1	1
214	检验科	免疫荧光检测仪	FS-113	1	1
215	检验科	细菌测定系统	DL-96II	1	1
216	检验科	生物安全柜	BSC-1100IIA2-X	1	1
217	检验科	医用冷藏箱	YC-260L	2	2
218	检验科	纯水机	YY-RO/30	1	1
219	健康管理中心	多道心电图机	ECG-2350	3	3
220	健康管理中心	幽门螺杆菌测试仪	GP1000	1	1
221	健康管理中心	C13 呼吸分析仪	HY-50	1	1
222	健康管理中心	人体成分分析仪	iOi-353	1	1
223	健康管理中	肺功能检查仪	AS-507	1	1

	心				
224	健康管理中心	血压脉搏检测装置	ABP-1000s	1	1
225	健康管理中心	超声骨密度仪	BMD-9V	1	1
226	健康管理中心	听计	AD104	1	1
227	健康管理中心	血压脉搏测量装置	VBP-9T	1	1
228	健康管理中心	医用全自动血压计	HBP-9020	1	1
229	健康管理中心	妇科检查床	/	1	1
230	心电图室	动态心电记录仪	CT-083S	3	3
231	心电图室	动态心电记录仪	CT-083S	2	2
232	心电图室	动态血压监护仪	ABP-021	1	1
233	心电图室	定量数字脑电图仪	Solar-2848B	1	1
234	心电图室	多道心电图机	ECG-2350	1	1
235	彩超室	彩色多普勒超声系统	DC-33	1	1
236	彩超室	彩色多普勒超声系统	DC-80S	1	1
237	彩超室	全数字彩色多普勒超声诊断系统（乳腺全容）	IBUS BE3	1	1
238	康复科	空气波压力治疗仪	HB910A	1	1
239	康复科	痉挛治疗仪	HB-JL1	1	1
240	康复科	电脑中频治疗仪	HB-ZP1	1	1
241	康复科	低频治疗仪	HB-SJ1	1	1
242	康复科	脑循环治疗仪	LF-V	1	1
243	康复科	磁振热治疗仪	HB210B	1	1
244	康复科	吞咽治疗仪	HB610B	1	1
245	康复科	电动直立床	HB701	1	1
246	康复科	PT 电动床	HB703	1	1
247	康复科	上下肢主被动	APM05	1	1
248	康复科	颈腰椎牵引器	HB-QY3	1	1

表 4 主要原辅料消耗表

序号	材料名称	单位	环评年用量	实际年用量	备注
1	生理盐水	吨	5	5	/
2	医用酒精	吨	1	1	/
3	碘酒	吨	0.5	0.5	/

4	碘伏	吨	0.4	0.4	/
5	次氯酸钠 (NaClO)	吨	0.1	0.1	/
6	二氧化氯 (ClO <sub>2</sub> )	吨	/	0.04	消毒剂成品

## (二) 投资情况

企业实际总投资 8000 万元，环保投资 148 万元，占总投资比例 1.85%。

## (三) 本次验收的范围

本次验收的范围为按照《宿迁安颐老年病医院（泗洪安颐医院）项目环境影响报告表》及其批复所述项目工程内容和环保治理设施。

## 二、工程变动情况

本项目无重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### (一) 废水

该项目营运期废水主要为医疗废水、生活污水。医疗废水主要包括住院病人、门急诊病人产生的废水、地面清洗废水；生活污水主要是医护人员用水、洗衣房废水；医院口腔科原料为树脂类，不产生含汞废水；项目无传染科，无相关废水产生。医院影像科为数字化设备，无洗片机，不产生洗片废水。其中检验科污水委托宿迁中油优艺环保服务有限公司进行处置。其余污水进入医院污水处理站进行预处理达到泗洪县城北污水处理厂接管标准后，排入污水处理厂集中处理。

### (二) 废气

本项目以电力为主要能源，不配备锅炉，采用双回路用电。项目不设备柴油发电机，日常运行过程产生的废气主要为检验科废气、废水站产生的废气、中药煎制产生的异味。检验科废气和中药熬制产生的异味通过加强通风无组织排放；废水站产生的废气收集后通过活性炭除臭装置处理后无组织排放。

### (三) 噪声

本项目噪声源通过选用低噪声设备、合理布局、距离衰减等措施处理。

### (四) 固废

本项目产生的固体废弃物主要有废包装物、生活垃圾、医疗废物、污水处理

站污泥。生活垃圾和药渣委托环卫部门进行收集处置；废包装物回收单位回收；医疗废物、污水处理站污泥、检验废水和废活性炭经收集后暂存于危废仓库，同时委托宿迁中油优艺环保服务有限公司处置。

#### 四、环境保护设施调试效果

泗洪县安颐医院有限公司委托南京爱迪信环境技术有限公司于 2021 年 07 月 12 日~2021 年 07 月 13 日，对“宿迁安颐老年病医院（泗洪安颐医院）项目”实施了建设项目竣工环境保护验收监测。监测期间各项环保治理设施正常运行，满足验收监测要求。监测期间各产线生产负荷大于 75%。依据监测数据分析及相关资料查阅表明：

##### 1、废水

该项目生活污水中 pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、阴离子表面活性剂、总余氯和粪大肠菌群数各污染物的日均排放浓度均满泗洪县城北污水处理厂接管标准。

##### 2、废气

监测期间该项目的无组织废气污染物氨、硫化氢、臭气浓度及氯气排放浓度可达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准要求。

##### 3、噪声

厂界的 4 个噪声监测点昼间及夜间等效声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

##### 4、固废

各类固体废物暂存及处置去向均符合环保要求。

##### 5、总量核定

经核定：本项目废水中 COD、氨氮、悬浮物和五日生化需氧量的年排放量符合环评批复中的总量要求。

#### 五、工程建设对环境的影响

验收监测结果表明，该项目废气、废水和噪声均能达标排放；危废暂存场所建设规范，危险废物均得到合规处置；周边环境满足卫生防护距离设置要求，对周边环境影响较小。

## 六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，本项目不存在暂行办法第八条中所列不得通过验收情况，同意通过竣工环境保护验收。

## 七、建议和要求

加强日常环保管理，完善环保台账。

八、验收人员信息

建设单位（签章）：

验收组（签名）：

李振启 彭永平 高庆超 杨程  
jue



## 宿迁安颐老年病医院（泗洪安颐医院）竣工环保验收会签到表

会议时间：2021年 月 日

会议地点：泗洪县安颐医院有限公司厂区内

序号	姓名	单位	职务/职称	电话
1	王耀	泗洪安颐医院	Smoldy	1505275288
2	杨程	安颐医院	安全员	13816586164
3				
4				
5				
6				
7	李振忠	总体	高工	13013910737
8	李庆东	江苏润成环保公司	高工	13951456868
9	刘庆艳	南京迪捷特环保科技有限公司	高工	17624630567
10				
11				
12				
13				
14				
15				